

CPV - 33141613-0 VREĆICE ZA KRV

Red. br.	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JED. MJERE	TROGODIŠNJE POTREBE	PROIZVOĐAČ I ZEMLJA PORIJEKLA	ORIGINALAN NAZIV	ŠIFRA PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JEDINIČNA CIJENA	CIJENA (3X8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Četverostruka vrećica za 450 mL krvi	kom	300.000						
UKUPNA CIJENA bez PDV-a									

Dodatni zahtjevi:

- Vrećice moraju imati CE oznaku.
- Nazivlje na naljepnicama na vrećicama, naputak za rad i oznake na ambalaži moraju biti napisani hrvatskim jezikom. Naljepnice na vrećicama mogu biti piktografske.
- Mogućnost sterilnog povezivanja pojedinih vrećica s transfer vrećicama za krv renomiranih proizvođača.
- Top and Bottom konfiguracija
- Ugrađena predonacijska vrećica za uzimanje uzoraka krvi (Sampling Pouch).
- Ugrađen štitnik za iglu.
- 63 mL CPD antikoagulantne otopine
- 100 mL SAG-Manitol hranjive otopine
- Ugrađen filter za uklanjanje leukocita iz koncentrata eritrocita
- Breakaway cannula za predonacijski uzorak krvi mora biti ugrađena u plastičnoj cjevčici koja vodi prema primarnoj vrećici u koju se uzima krv davatelja (ne u plastičnoj cijevčici koja vodi krv iz vene u predonacijsku vrećicu).
- Validirane ili korištene u HZTM.
- Vrećice moraju biti kompatibilne s Macopress Smart aparatima za razdvajanje centrifugiranje krvi ili jednakovrijednima (automatsko otvaranje kanila na vrećicama)
- Uzorak vrećice i specifikacija proizvođača sa slikom iz koje je vidljiva konfiguracija.
- Temperaturni uvjeti skladištenja.
- Referentna lista korisnika u EU s pojedinačno navedenim nazivom ustanove koja koristi tip vrećice iz ponude. Ako se radi o sličnom tipu vrećica navesti njihovu vrstu i šifru.
- Certifikat proizvođača o kvaliteti.
- Originalni dokument od strane proizvođača kojim se dokazuje ovlaštenje za distribuciju u RH
- Isporučka vrećica za uzimanje krvi utvrđena je terminskim planom HZTM-a koji će biti sastavni dio Ugovora: prva isporuka vrećica treba biti u roku od 2 mjeseca nakon potpisivanja ugovora.
- Navesti jedinicu pakiranja.
- Isporučene vrećice moraju imati najduži mogući rok uporabe.
- Uz svaku pošiljku obvezno je priložiti lot certifikat.
- Proizvođač se obavezuje s vrećicama isporučiti 12 aparata za automatsko razdvajanje centrifugirane krvi i automatsko otvaranje kanila na vrećicama kompatibilnih s isporučenim vrećicama i vrećicama većine renomiranih proizvođača
- Tijekom važenja ugovora proizvođač se obavezuje zadržavati aparate i ažurirati softver najnovijim verzijama aparata tj, softvera
- Dobavljač mora osigurati povezivanje isporučenih aparata s informacijskim sustavom e-Delphyn

PONUDITELJ _____

POTPIS

DATUM _____