

CPV - 33141630-5 FILTRI ZA KRVNU PLAZMU

Set s filterom za pooliranje slojeva leukocita i trombocita

Red. br.	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JED. MJERE	GODIŠNJE POTREBE	PROIZVOĐAČ I ZEMLJA PORIJEKLA	ORIGINALAN NAZIV	ŠIFRA PROIZVODA	VELIČ. PAKIRANJA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO IZNOS STAVKE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3x8)
1	Set s filterom za pooliranje 6-8 pojedinačnih doza sloja leukocita i trombocita (buffy coat) te odstranjenje leukocita, s vrećicom za čuvanje filtriranog poola koncentrata trombocita 5 dana	kom	17.000						
UKUPNA CIJENA bez PDV-a									

ZAHTJEVI KVALITETE:

1. Setovi s filterima moraju imati CE oznaku.
2. Nakon filtracije broj leukocita u krvnom pripravku mora biti manji za 4 do 5 log-a.
3. Nakon filtracije oporavak trombocita mora biti viši od 70% (poželjno što viši, prema rezultatima validacije provedene kod naručitelja).
4. Postupak filtracije bez prethodnog ispiranja filtera (*primeing*). Ugrađen sistem za eliminaciju zraka.
5. Mogućnost sterilnog povezivanja seta s pojedinačnom vrećicom sloja leukocita i trombocita.
6. Jednostavnost rukovanja.
7. Setovi s filterima moraju biti validirani kod naručitelja

OBVEZNI PRILOZI:

1. Uzorak i specifikacija proizvođača sa slikom iz koje je vidljiva konfiguracija.
2. Temperaturni uvjeti skladištenja.
3. Referentna lista korisnika u EU s pojedinačno navedenim nazivom ustanove koja koristi tip filtera iz ponude. Ako se radi o sličnom tipu navesti njihovu vrstu i šifru.
4. Certifikat proizvođača o kvaliteti.

UVJETI ISPORUKE:

1. Isporuka setova s filterima utvrđena je terminskim planom HZTM-a koji će biti sastavni dio Ugovora: prva isporuka treba biti u roku od 2 mjeseca nakon potpisivanja ugovora.
2. Uz svaku pošiljku obvezno je priložiti lot certifikat.

PONUĐITELJ _____

DATUM _____